Swelab Alfa Kontrollblatt für die interne Qualitätskontrolle

Boule Con-Diff Normal LOT: 22307-12, Verfall 30.11.2023

Haltbarkeit nach Öffnen 14 Tage

RBC

Mittelwert	**4.18**		
Standardabw. +/-	0.18		
Sollbereich	4.00	bis	4.36

Einheit 10^{12} / L

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
4.00	4.06	4.12	4.18	4.24	4.30	4.36

Datum	Messwert

HCT

Mittelwert	**35.5**		
Standardabw. +/-	3.0		
Sollbereich	32.5	bis	38.5

Einheit %

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
32.5	33.5	34.5	35.5	36.5	37.5	38.5

Datum	Messwert

PLT

Mittelwert	**232**		
Standardabw. +/-	30		
Sollbereich	202	bis	262

Einheit 10^{9} / L

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
202	212	222	232	242	252	262

Datum	Messwert

Swelab Alfa Kontrollblatt für die interne Qualitätskontrolle

Boule Con-Diff Normal LOT: 22307-12, Verfall 30.11.2023

Haltbarkeit nach Öffnen 14 Tage

WBC

Mittelwert	**8.7**			
Standardabw. +/-	0.6			
Sollbereich	8.1	bis	9.3	

Einheit 10^9 / L

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
8.1	8.3	8.5	8.7	8.9	9.1	9.3

Datum	Messwert

HGB

Mittelwert	**12.4**			
Standardabw. +/-	0.4			
Sollbereich	12.0	bis	12.8	

Einheit g/dL

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
12.0	12.1	12.2	12.4	12.6	12.7	12.8

Datum	Messwert

OT = Open Tube (Offenes Röhrchen)
MPA = Mikropipettenadapter
CAP = Cap Piercer (falls vorhanden)

OT	MPA	CAP

Visum

31.08.2023